

	AFYONKARAHİSAR GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ	Yürürlük Tarihi	14/11/2019
		Kodu	F.P.09.11
		Rev. No / Tarihi	2/06.01.2026
		Sayfa	1/1
FERAGAT BEYANI			

Numune Adı/No	:
Numune Kabul Tarihi	:
Feragat Beyan No	:
Müşteri İletişim Bilgileri	:

Numune Kabul Kriterleri

- Dış Ambalaj Kontrolü:** Ambalajda; kırık, çatlak, yırtık, delik, ...vb. hasar bulunmamalıdır.
- İç Ambalaj Kontrolü:** Numunenin doğrudan temas ettiği bu ambalajlarda kırık, çatlak, delik, yırtık bulunmamalı, kavanozların kapaklarının sıkıca kapalı olması gerekmektedir. Özel istek numunelerinde, eğer yapılması istenilen analiz(ler) arasında mikrobiyolojik analizler mevcutsa ve numune orijinal ambalaj dışında bir ambalajda ise, analizin sıhhati açısından numunenin içine konduğu kabın steril olup olmadığı numune sahibine sorulur. Eğer steril değil ise numune sahibinin de uygun görüşü alınarak numune iade edilir.
- Sıcaklık Kontrolü:** Soğukta muhafaza edilmesi gereken (soğuk zinciri) numunelerin 0 ile +4°C, dondurulmuş ürünlerin -18°C veya daha düşük sıcaklıkta olması gerekmektedir. Dondurulmuş olarak gelen et ve kanatlı ürün vb. numunelerin soğuk zincir kırılmadan laboratuara gelmiş olması istenir.
- Miktar Kontrolü:** Analizler için gerekli minimum numune miktarları belirlenmiş olup her bir laboratuara gidecek örneklerde sıvı için 250 mL ve katı örnekler için 250 gram' ır.
- Analize Uygunluk Kontrolü:** Analize alınacak numunelerin; dış bakı ile bozulmuş, bütünlüğünü kaybetmiş, kokuşmuş... vb. olmaması ve son kullanma tarihinin geçmemiş olması (savcılık numuneleri hariç) gerekir.

Gerçekleşen Sapma	
Ambalaj	☐
Sıcaklık	☐
Miktar	☐
Diğer	☐

Sapmalardan Etkilenecek Sonuçlar

Numunenin, laboratuvarımız "Numune Kabul Kriterleri" nde belirtilen koşullara uymaması sebebi ile yukarıda tarafıma bildirilmiş olan sapmalardan doğacak sonuçları kabul ediyorum.

Müşterinin Adı-Soyadı

NKRD Personeli Adı-Soyadı

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Ramazan TURAN NKRD Birim Sorumlusu	Fatih GÜRDAL KYBS	Murat KUZKALE Müdür

ELEKTRONİK NÜSHADIR. BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.