

6.3. Isparta GKLM Karar Kuralı Politikası

6.3.1. Yönetmelik, tebliğ, standart, şartname vb. yasal mevzuatta ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesine ilişkin tanımlı kurallar var ise öncelikle bu kurallar uygulanır.

6.3.2. Ölçüm belirsizliğinin, uygunluk değerlendirmesini etkilemediği durumlarda (ölçüm belirsizliğinin pozitif veya negatif yönde uygulanmasında karar değişmiyorsa) herhangi bir karar kuralı belirtilmez.

6.3.3. Eğer yasal şartlar güven düzeyine bakılmaksızın uygunluk veya uymazlık şeklinde bir değerlendirme bildirimini zorunlu kılıyorsa, bildirim mevzuatın belirttiği sınıra (ölçüte) göre yapılır:

6.3.4. Sınır "<" veya ">" olarak tanımlanmış ve deney sonucu sınıra eşitse, uymazlık belirtilir,

6.3.5. Sınır "≤" veya "≥" olarak tanımlanmış ve deney sonucu sınıra eşitse, uygunluk belirtilir.

6.3.6. TOB ve Resmi İstek numunelerinde; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Resmi Numune Alma Prosedürü'nün 6. Maddesinin 'm' bendine göre ölçüm belirsizliği gıda işletmecisi lehinde kullanılarak analiz sonucu ilgili mevzuat kapsamında 'Uygundur/Uygun Değildir' şeklinde değerlendirilir.

6.3.7. Özel İstek numunelerinde; yasal mevzuatta veya standartta belirlenmiş bir karar kuralı yok ise, Laboratuvarımız müşteri talepleri doğrultusunda seçilen karar kuralını uygular.

6.3.8. İhracat amaçlı gelen numunelerde; uygunluk değerlendirmesi yapılmaz.

6.3.9. Kalitatif analizlerin değerlendirilmesinde; bir ölçüm belirsizliği anlamlı olmadığından, karar kuralı uygulanmaz.

6.3.10. Pestisit analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 'pestisit analizi yapan tüm kamu laboratuvarları ve özel laboratuvarlar, kendi genişletilmiş belirsizlik değerlerinin % 50'nin altında olduğunu göstermek kaydıyla; ölçüm sonucu raporlamada % 50 belirsizlik değerini kullanacaktır. Genişletilmiş belirsizlik değeri % 50'nin üzerinde olan aktif maddeler, hesaplanan bu yüksek (> % 50) ölçüm belirsizliği değeri ile raporlanmalıdır. Benzer şekilde kalıntı tanımı birden fazla pestisiti içeren pestisitleri için hesaplanan toplam birleşik genişletilmiş belirsizlik değerinin % 50'nin üzerinde çıkması durumunda, raporlamada hesaplanan bu yüksek belirsizlik değeri kullanılmalıdır.' Talimatı gönderilmiş olup bu talimata uygun hareket edilmektedir.

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği (Resmî Gazete Tarihi: 15.08.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28026, Tebliğ No: 2011/34)'nin 6. maddesinin 9. fıkrasına göre bir pestisit için bulunan analitik sonucun yasal limitlere uygunluğunun değerlendirilmesinde ölçüm belirsizliğinin kullanılması zorunludur. Değerlendirme ortalama analitik sonuçtan ölçüm belirsizliğinin çıkarılmasıyla elde edilen değer yasal limitle karşılaştırılmasına göre yapılmaktadır.

$x-U \leq \text{Yasal Limit}$ ise numune UYGUN,

$x-U > \text{Yasal Limit}$ ise numune UYGUN DEĞİL

Burada x analitik sonucu, U ise genişletilmiş ölçüm belirsizliğini ifade etmektedir.

(Karar Kuralı Talimatı KYB-TL-019 Rev. 00 30.04.2021)